

시험 성적서 (TEST REPORT)



성적서 번호 : 18-065095-01-1
Report No.

페이지 (1) / (총 5)
Page of Pages



1. 의뢰자 (Client)

기관명 (Name) : (주)가스디엔에이

주소 (Address) : 인천광역시 부평구 부평대로 283, B동 602호

의뢰일자 (Date of Receipt) : 2018. 10. 17.

2. 시험성적서의 용도 (Use of Report) : IEC 60529에 따른 IP 등급 확인용

3. 시험대상품목/물질/시료명 (Test Sample)

제품명 (Description) : Gas Detector

제작회사 (Manufacturer) : (주)가스디엔에이

모델명 (Model Name) : DA-800

제조번호 (Serial Number) : -

기타 (Remark) : 시험품 및 시험결과에 관련하여 본문 1.4항 필수 참조할 것

4. 시험기간 (Date of Test) : 2018년 10월 26일 ~ 2018년 10월 29일

5. 시험규격/방법 (Test Standard/Method) : IEC 60529:1989 + AMD1:1999+AMD2:2013 CSV/COR2:2015

6. 시험환경 (Testing Environment)

온도 (Temperature) : (20.7 ± 2.0) °C,

습도 (Humidity) : (34 ± 2) % R.H.

7. 시험결과 (Test Results) : 적합 (IP65)

비고 (Note)

- 이 성적서는 의뢰자가 제출한 시료에 한하며, 법적 및 기타 분쟁의 근거 등으로의 사용을 금합니다.
- 이 성적서는 본만 유효하며, 인위로 조작 가동된 사본 및 전자인쇄본 등은 유효하지 않습니다.
- '일본' 이 KTL에서 정해진 규격에 따라 보안성을 포함시켜 제공하는 모든 성적서를 의미합니다.
- 이 기의 2D바코드를 스캔하여 이 기의 원본내용 확인이 가능하며, KTL 보안 원본의 동일성은 고객 전용 홈페이지 (www.ktl.co.kr)의 '발행처 원본확인' 에서 비교 가능합니다.
- 본 기 (*) 표시의 항목은 KTL의 KOLAS 인정 범위 밖의 것입니다.

확 인 Affirmation	작성자 (Tested by)	기술책임자 (Technical Manager)
	성명 (Name): 채희동	성명 (Name): 민영승

위 성적서는 국제시험기관인정협력체 상호인정협정에 서명한 한국인정기구로부터 공인받은 분야에 대한 시험결과입니다.
(The above test report is the accredited test results by Korea Laboratory Accreditation Scheme, which signed the ILAC-MRA.)

2018. 11. 01.


한국인정기구 인정
Accredited by KOLAS, Republic of KOREA

한국산업기술시험원장



서울특별시 구로구 디지털로26길 87 (구로동) (87, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, KOREA) Tel.02-860-1537 Fax. 02-860-1549

FP202-01-04



* 위 마크는 추후 전자확인증 대조 프로그램에서 원본대조시 사용되는 2D코드입니다.